



ЖИВАС ООД

бул. "Асен Йорданов" № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

ENZYDIP-5 AM

ЕНЗИДИП-5 АМ

Концентрат за ензимно почистване на инвазивни и неинвазивни медицински инструменти и медицински изделия преди дезинфекция или стерилизация



Приложение

Ензидип-5 АМ е предназначен за ръчно или автоматично ензимно почистване на медицински изделия, хирургични и стоматологични инструменти преди дезинфекция или стерилизация.

Свойства

Благодарение на синергичната комбинация от повърхностно-активни вещества и ензими (амилаза, липаза, протеаза, целулаза и мананаза) **Ензидип-5 АМ** ефективно почиства замърсявания от кръв, остатъчни тъкани, протеини, слуз, екскременти и други върху медицински инструменти и медицински изделия, включително твърди и гъвкави ендоскопи и стоматологични инструменти.

Ензидип-5 АМ се отличава с висока почистваща способност, ниска пенливост, добра измиваемост и съвместимост с различни материали като поливинилхлорид, гума, пластмаси, неръждаема стомана, алуминиеви сплави, цветни метали, керамика.

Цвят на концентрата: Бистра светло-кафява течност.
рН 7.4 – 7.9

Състав на препарата

Всеки 100 g Ензидип-5 АМ съдържа:

Активни вещества:

Нейногенни ПАВ < 15 g

Ензими (амилаза, липаза, протеаза, целулаза и мананаза)

Други съставки: Консерванти, Хелатни агенти, Парфюмна композиция

Класификация:

Ензидип-5 АМ е класифициран като медицинско изделие – клас I .

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНА УПОТРЕБА

Начин на употреба: **Ензидип-5 АМ** се доставя като концентрат и се прилага под формата на работни разтвори. В зависимост от степента и вида на замърсяването препаратът може да се използва в



ЖИВАС ООД

бул. „Асен Йорданов“ № 14 (офис сграда „Химатех“), гр. София 1592, тел.02/ 981 78 23

различни концентрации. Препоръчително разреждане е от 1:200 до 1:100 с питейна вода. Няма изисквания по отношение на твърдостта на водата.

Инструментите се потапят в продължение на 5 – 15 минути във вана с работен разтвор при стайна температура.

Използването на топла вода около 32 – 35° С за приготвяне на работния разтвор може да съкрати времето за почистване.

Почистването се ускорява чувствително в ултразвукова вана (до 1 – 3 минути).

Тръби, маркучи, вътрешни пространства трябва да се промият с поток от препарата, като се внимава да не останат празнини и въздушни джобове. Засъхнали замърсявания се отстраняват с по-дълго въздействие или с помощта на четки, гъби и др.

След почистването инструментите се изплакват обилно с питейна вода.



Внимание

Предупреждения за опасност

H315 – Предизвиква дразнене на кожата;

H319 - Предизвиква сериозно дразнене на очите;

H 317 - Може да причини алергична кожна реакция

Препоръки за безопасност

P102 - Да се съхранява извън обсега на деца

P280 - Използвайте предпазни ръкавици/предпазни очила/ предпазна маска за лице.

P305+P351+P338 - При КОНТАКТ С ОЧИТЕ: Промивайте внимателно с вода в продължение на няколко минути. Свалете контактните лещи, ако има такива. Продължавайте да промивате

P302+P312+P313 - ПРИ КОНТАКТ С КОЖАТА: При поява на кожно дразнене: Потърсете медицински съвет/помощ.

Условия на съхранение

Да се съхранява на сухо и проветриво място, в добре затворена оригинална опаковка, далече от пряка слънчева светлина при температура от 2° – 40 °С. Да се пази от достъп на деца. Да не се съхранява в метални съдове.

Третиране на отпадъчни количества и опаковки:

Да не се допуска изпускане на концентрата в околната среда - вижте специалните инструкции / информационния лист за безопасност.

Опаковка: Флакони (HDPE) 1 литър
Туби (HDPE) 3 литра и 5 литра.

Срок на годност: 2 години

ЖИВАС ООД

1592 София, бул. „Асен Йорданов“ №14

Тел/факс: +359 2 9817823, +359 2 9802507

zhivas@techno-link.com;

www.zhivas.com